

Forberedelsespose med memory wire

SB836, SB857



Dansk

Beskrivelse:

Unimax forberedelsespose - Klargøringspose med memory wire leveres med en cylindrisk rør til nem indføring gennem en standard 10, 11 eller 12 mm trokar..

◆Indikationer:

Unimax Preparation bag - Forberedelsestaske med memory wire altså beregnet til brug som en beholder til indsamling og ekstraktion af væv, organer og sten under generelle og laparoskopiske kirurgiske indgreb.

◆Kontraindikationer:

Denne enhed bør ikke anvendes, når endoskopisk intervention er kontraindiceret.

◆Bivirkninger:

Hold posen væk fra skarpe instrumenter eller kanter. Sprængning af posen kan resultere i spild af væske eller vævsprøver.

◆Forberedelser:

- ① Tag klargøringsposen ud af emballagen.
- ② Indsæt det cylindriske rør med klargøringsposen igennem ønskede 10, 11 eller 12 mm trokarer.
- ③ For at fjerne klargøringsposen fra røret - tryk blot på den indre indsats (1) frem og tasken foldes automatisk ud.
- ④ Læg det ønskede præparat i posen. Sørg for, at hele præparatet passer inden for posens grænser. Når alle ønskede præparater er i posen lukkes posen. For at lukke posen, tag fat i det grønne mærke (2) på hukommelsesledningen med en griber og træk den distale ende af hukommelsesledningen (3) med endnu en griber, indtil posen er helt lukket.
- ⑤ Fjern prøveposen ved afslutningen af den laparoskopiske procedure. At tage ud posen - brug en griber til at trække toppen af posen ind i den distale del ende af trokaren. Mens du fastgør posen med en griber, træk trokaren ud, posen og griberen gennem snitstedet til forkanten af posen kan visualiseres. Fortsæt med at fjerne posen gennem snittet i hånden og under overvågning.
- ⑥ Når den endoskopiske procedure er afsluttet, kasseres enheden i overensstemmelse med lokale regler.

◆Forsigtighedsregler/advarsler:

- Denne enhed er EO-steriliseret og kun til engangsbrug. Undlad venligst at genbruge el genbehandle for at undgå irreversible skader såsom krydsinfektion eller induceret skade af enhedsfejl.
- Må ikke bruges, når emballagen er åben eller beskadiget.
- Opbevar enheden på et tørt, rent og sikkert sted. Hold enheden væk fra brændbare og brændbare kemikalier eller materialer.
- Følg venligst de generelle retningslinjer for bortskaffelse af medicinsk affald for at undgå mulig krydsinfektion, miljøforurening eller skade forårsaget af skarpt affald.